



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Телефон: 018 4226-448, 4226-384;

Телефакс: 018 4225-974; Поштански факс 39

Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш,

Србија, [www.izjz-nis.org.rs](http://www.izjz-nis.org.rs)

1900-2010 јубилеј 110 година ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА

1900-2010, jubilé 110 ans de l'Institut de Pasteur à Nish



Број 07-2084

Датум 28.05.2018

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама-(Аутоматизовани апарат за имунолошко тестирање) редни број ЈН 8-1/2018 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2018. годину.

Захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације за ЈН 8-1/2018 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 25.05.2018. године. У захтеву за појашњење се наводи:

„Poštovani,

kao zainteresovano lice u predmetnom postupku, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, ovim putem vas ponovo molimo za pojašnjenje konkursne dokumentacije. Na osnovu vašeg odgovora na postavljeno pitanje upućujemo vas na konkretne činjenice. Tehničke karakteristike aparata koje ste naveli u konkursnoj dokumentaciji nesporno upućuju da se radi o aparatu Advia Centaur CP proizvođača -Siemens.

Molimo vas da objasnite zašto ste pod stavkama 14 i 15 ograničili maksimalnu mrtvu zapreminu uzorka na 100 ul kada u takvom tipu laboratorije u kojoj radite analize dolaze uzorci u serumskim epruvetama od 3-8 ml, što znači da je količina uzorka kojom raspolazete daleko veća od tražene i da povećanjem mrtve zapremine uzorka omogućavate i drugim ponuđačima da učestvuju na tenderu ne ometajući svoj rutinski rad.

Takodje tražimo objašnjenje za stavku br 16 - iz kog razloga ste konkretizovali dimenzije aparata?

Ponovo se pozivamo na član 10 ZJN (Naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju, kao i da Naručilac ne može da ograniči konkurenciju) i 12 ZJN (Naručilac u postupku javne nabavke dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima) I zahtevamo od vas da izmenite konkursnu dokumentaciju I omogućite što veću konkurenciju.

Ukoliko ne izmenite konkursnu dokumentaciju bićemo prinudjeni da primenimo član 149 ZJN I podnesemo ZZZ prava ponudjača.“

## ОДГОВОР

Наручилац је већ дао одговор на постављена питања и овим путем даје само додатно појашњење на иста.

Дакле, одређивање минималних техничких спецификација у виду карактеристика или функционалних захтева, које понуђена добра морају у потпуности да испуне, представља исказивање потребе наручиоца да набави добра, услуге или радове који су у складу са њиховим објективним потребама, односно омогућава се кроз прописивање техничких спецификација, да се у крајњем исходу набаве добра која су потребног квалитета за намену којој ће да служе.

У том смислу дефинисане су и техничке карактеристике под ставкама 14, 15 и 16 (које су предмет Захтева за појашњењем конкурсне документације), с обзиром да представљају објективну потребу наручиоца за што мањом запремином узорка неопходном за извођење анализа као и ограничења радног простора са којим наручилац располаже.

Конкретно, када су питању ставке 14 и 15 које дефинишу мртву запремину узорка, наручилац наводи да у складу са интерном организацијом Установе, из једног узорка се раде анализе на више различитих анализатора као и ручним методама, из чега постоји објективна и неспорна потреба наручиоца да добијени узорак аликвотира, односно дели на мање запремине како би се на различитим радним местима могле вршити неопходне анализе. Даље, с обзиром да се из једног узорка анализира више тестова, а сваки тест захтева одређену запремину узорка (серума), произилази потреба наручиоца да мртва тј запремина узорка која не може бити искоришћена за анализу, буде што мања.


Посебну популацију пацијената наше установе чини педијатријска популација (новорођенчад, бебе, деца, код које је инвазивно узимати велике запремине узорка, а исти је случај и са геријатријским пацијентима, онколошким пацијентима...).

На основу свега наведеног, наручилац је у складу са досадашњим искуством а све у циљу оптимизације рада Центра за микробиологију Института, дефинисао техничке спецификације под ставкама 14 и 15.

Као одговор на постављено питање за ставку бр 16 – димензије апарата, наручилац наводи да димензије апарата нису прецизиране већ су дате максималне димензије у складу са просторним ограничењима којима установа располаже. Према интерном плану и организацији рада, у наредном периоду нису предвиђени грађевински радови унутар установе. Из тога произилази да наручилац мора да прилагоди димензије апарата својим просторним могућностима, али у намери да омогући потенцијалним понуђачима да своју понуду прилагоде датим условима, даје могућност одступања од датих димензија до 10%.

На основу свега горе наведеног наручилац мења техничке карактеристике у делу који се односи на димензије апарата, а остаје при осталим наведеним техничким карактеристикама.

Израдио: Мара Крстић, дипломирани правник



За Комисију

Председник комисије за јавну набавку ЈН 8-1/2018

Проф др Марина Динић

