



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански факс 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-280

Датум: 27.01.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење пето Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 12-2/2019 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 12-2/2019 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 23.01.2020. године у 14:48 сати. У захтеву за појашњење се постављају следећа питања:

„Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem konkursne dokumentacije:
Javna nabavka br. 12-2/2019

Poštovani,

Molim Vas da nam vezano za Partiju 10 'Laboratorijski turbidimetar', odgovorite na sledeća pitanja:

Pitanje 1: Da li je prihvatljiva ponuda portabilnog aparata sa adapterom DC od 9V?

Molim Vas da nam vezano za Partiju 11 'Terenski turbidimetar', odgovorite na sledeća pitanja:

Pitanje 1: Da li je prihvatljiva ponuda portabilnog aparata sa adapterom DC od 9V?

Molim Vas da nam vezano za Partiju 13 'Laboratorijski pH metar', odgovorite na sledeća pitanja:

Pitanje 1: Da li je prihvatljiva ponuda portabilnog aparata sa adapterom DC od 9V? Pitanje 2: Da li je prihvatljiva ponuda aparata i plastične elektrode sa DIN konekcijom?

Unapred hvala na odgovorima.“

ОДГОВОРИ:

1. Партија 10. Лабораторијски турбидиметар: Прихватљиво је понудити портабилни апарат са адаптером DC од 9V. Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.
2. Партија 11. Теренски турбидиметар: Прихватљиво је понудити портабилни апарат са адаптером DC од 9V.
3. Партија 13. Лабораторијски pH метар:
 - а) Прихватљиво је понудити портабилни апарат са адаптером DC од 9V. Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.
 - б) Прихватљиво је понудити апарат са пластичном електродом и „DIN“ конекцијом. Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.

Председник комисије за јавну набавку ЈН 12-2/2019

Биљана Љубеновић

