

1900

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански факс 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ћинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-189

Датум: 22.01.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење треће Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 12-2/2019 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 12-2/2019 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 20.01.2020. године у 11:59 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

„Предмет: питање за појашњење

Poštovanje,

Prema Vašem pozivu za **JN 12-2/2019**, molim da pojasnite sledeće:

Partija 17:

Molim za pojašnjenje, da li je odgovarajuće ponuditi **prenosni merač rastvorenog kiseonika i temperature** sa automatskom kalibracijom i svim ostalim traženim karakteristikama?

Partija 19:

Molim za pojašnjenje, da li je odgovarajuće ponuditi **ručni fotometar za slobodni hlor** sa preciznošću : ± 0.04 mg/L мерено на 1.50 mg/L ; амбијенталним условима : 0 do 50 °C, max RH 100% i sa Auto-isključivanjem после 10 min od prestanka korišćenja?

Partija 20:

Molim za pojašnjenje, da li je odgovarajuće ponuditi **ručni fotometar za hlor sa pH metrom** sa reagensima за 100 analiza i svim ostalim traženim karakteristikama?

S poštovanjem,

ОДГОВОРИ:

1. За партију бр 17-Одговарајуће је понудити **пrenосни мерач раствореног кисеоника и температуре** са аутоматском калибрацијом и свим осталим траженим карактеристикама. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена.
2. За партију бр 19-Није одговарајуће понудити **ручни фотометар за слободни хлор** са прецизношћу : ± 0.04 mg/L мерено на 1.50 mg/L ; амбијенталним условима : 0 do 50 °C, max RH 100% i са ауто-искључивањем после 10 мин од престанка коришћења.
3. За партију бр 20- Није одговарајуће понудити **ручни фотометар за хлор са pH метром** са реагенсима за 100 анализа и свим осталим траженим карактеристикама. Потребно је уз апарат понудити реагенсе за 1000 анализа које не морају бити саставни део комплета (кофера) већ могу бити испоручени и посебно. У овом делу ће конкурсна документација бити измењена

Председник комисије за јавну набавку ЈН 12-2/2019

Биљана Љубеновић

