



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2410

Датум: 22.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације 7. за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 21.07.2020. године у 23:05 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

Poštovani,

Ovim putem se javljam povodom javne nabavke br.9/2020, partija 4.-Vakum pumpa za membran filtraciju. Da li je odgovorajuće ponuditi vakum pumpu 35 l/min i 80 mbar?

Unaprijed hvala.

Srdačan pozdrav,

ОДГОВОР:

1. Партија 4- Вакум пумпа за мембран филтрацију

Наведена вакум пумпа задовољава проток јер је конкурсном документацијом захтевано да да понуђена вакум пумпа има проток не мањи од 34 l/min, понуђена вакум пумпа мора да задовољи и техничку карактеристику вакума који не сме бити мањи од -680mmHg или -900 mbara.

члан комисије за јавну набавку ЈН 9/2020
др Зоран Богојевић

