



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број:

07-2295

Датум:

10.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 10.07.2020. године у 9:44 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

„Поштовани,

приликом дефинисања карактеристика потраживаног инкубатора са хлађењем ПАРТИЈА 6. један од захтева корисника јесу и две унутрашње утичнице које би се налазиле у самом инкубатору. Присуство електричних утичница у инкубатору носи ризик од струјног удара с обзиром да се у инкубатору на ниским температурама у одређеној мери формира конденз. Мишљења смо да би сигурније решење био инкубатор са два приступна порта за каблове (која омогућавају једноставно повезивање каблова директно из инкубатора на напајање изван инкубатора. Да ли је са тим у вези за крајњег корисника прихватљиво понудити решење које подразумева два приступна порта за каблове уместо две унутрашње утичнице?

Срдачан поздрав,,“

ОДГОВОР:

1. За партију 6 биће измењена конкурсна документација у делу техничке спецификације. Брише се захтев наручиоца да добро мора да поседује две унутрашње утичнице.

Заменик члана комисије за јавну набавку ЈН 9/2020



др Љиљана Кривокапић