



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2442

Датум: 24.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације 8. за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 22.07.2020. године у 15:12 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

Poštovani,

Prema Vašem odgovoru na naše predhodno pitanje, moramo da naglasimo da Ventilatori koji se ugrađuju u Digestore, su sa važećim Deklaracijama o usaglasenosti za EU (Evropsku uniju).

Naš Zakon nas NE OBAVEZUJE da radimo potvrde i u Republici Srbiji, osim ukoliko na tome ne insistira krajnji korisnik.

Deklaracije o usaglašenosti, izdate od strane institucija u EU, su uvek prihvatljive prilikom uvoza robe, što možemo da potvrdimo iz iskustva.

S tim u vezi, smatramo da se sa traženim uslovom da dobavljač poseduje već važeće Deklaracije o usaglašenosti izdate od imenovanog tela R.S., ipak favorizuju određeni dobavljači, koji iz određenog razloga već poseduju takve potvrde.

Pri tome se drugi daleko važniji uslovi za kvalitativnu procenu ponuđenih Digestora, stavljaју sa strane.

Najljubaznije molimo da razmotrite zahtev da se ovaj uslov izmeni u smislu da je potencijalni dobavljač u obavezi da dostavi Potvrdu o usaglašenosti izdatu od strane imenovanog tela R.S. prilikom isporuke robe, a u slučaju da njegova ponuda bude odabrana kao tehnički i finansijski najpovoljnija.

Smatramo da je na ovaj način omogućeno većem broju potencijalnih dobavljača da dostave svoje ponude.

Najljubaznije Vas molimo da nam u zakonski predviđenom roku, pošaljete odgovor na naše pitanje.

Unapred se zahvaljuјemo.”

ОДГОВОР:

За партију 1 Лабораторијски дигестор за позиције број 1, 2 и 3

- Понуђени вентилатори за Партија 1. Лабораторијски дигестори морају да испуњавају битне захтеве правилника о електромагнетској компатибилности (Службени гласник РС 25/2016 и 21/2020)

Доказ: Важећа копија Декларације о усаглашености за понуђене моделе вентилатора сачињена на српском језику. Изузетно, за апарате који се увозе у Републику Србију, уколико декларација о усаглашености није сачињена на српском језику, доставити њен превод на српски језик. Превод може бити сачињен и на документу понуђача, који садржи меморандум потпис и печат понуђача.

У овом делу ће конкурсна документација бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.

члан комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

Марко стојановић

члан комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

Мара Крстић

председник комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

Биљана Љубеновић

