



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ћинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2311

Датум: 13.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације 3. за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 10.07.2020. године у 10:34 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

„Postovani,

Iskoristili bih priliku da postavimo pitanje po Partiji broj 1, Javne nabavke JN-9/2020. U specifikaciji za Laboratorijski Digestor je navedeno da izrada mora biti prema EN 14727. Ovaj standard je od 31.05.2018 godine povucen, a zamenjen je standardom koji vise odgovara samoj primeni, a to naredni standard jeste EN 16121.

Molimo Vas da uzvazite ovu izmenu i da u tenderskoj dokumentaciji unesete dopunu da je pozicija broj 1 Partije broj 1, Laboratorijski Digestor izradjena i prema EN 14727 ili/i EN 16121 standardu.

Nadamo se da cete prihvatiti nasu sugestiju i u ocekivanju Vaseg odgovora, srdacno Vas pozdravljamo.

Veliki pozdrav

ОДГОВОР:

1. За партију 1 Лабораторијски дигестор наручилац је захтевао да подпултни сигурносни орман буде израђен у складу са SRPS EN 14727. Наручилац прихвата сугестију, те ће бити прихватљиво понудити подпултни сигурносни орман израђен у складу са SRPS EN 14727 или/и EN 16121. Конкурсна документација ће у овом делу бити допуњена.

Председник комисије за јавну набавку ЈН 9/2020



Биљана Љубеновић