



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ћинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2320

Датум: 14.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације 4. за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 13.07.2020. године у 11:49 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

„Постовани,

Искористили бих прилику да поставимо питање по Партији број 1, Јавне набавке ЈН-9/2020. У спецификацији за Лабораторијски Дигестор, позиција број 1, као један од услова, наведено је следеће:

Важећу копију потврде о усаглашености за понуђене моделе вентилатора издате од стране именованог тела Р. Србије на име произвођача или понуђача за Партију 1. Лабораторијски дигестори.

Страни произвођачи уз Дигесторе, достављају све потребне сертификате као и Декларације о усагласености, а сходно ЕУ правилима, за цео уређај као за делове уређаја који захтевају посебна документа.

Да ли су ти сертификати прихватљиви или искључиво морају бити од стране именованог тела Р.С.?

Најљубазније молимо за појашњење, односно тачне инструкције на које именовано тело Р.С. односи ова инструкција.

Унапред се захваљујемо на Вашем одговору.

ОДГОВОР:

За партију 1 Лабораторијски дигестор за позиције број 1, 2 и 3 наручилац је захтевао да понуђени вентилатори за Партију 1. Лабораторијски дигестори морају да испуњавају захтеве правилника о електромагнетској компатибилности (Службени гласник РС 25/2016)

Доказ: Важећа копија потврде о усаглашености за понуђене моделе вентилатора издате од стране именованог тела Р. Србије на име произвођача или понуђача.

У складу са Правилником о електромагнетској компатибилности (Службени гласник РС 25/2016 и допуна Сл. гл.21/2020), опрема која се инсталира у Републици Србији мора да буде усаглашена са важећом регулативом-предметним правилником.

Стога је неопходно (наручилац остаје при захтевима Конкурсне документације) да се уз понуду достави копија важеће потврде о усаглашености за понуђене моделе вентилатора која је издата од стране именованог тела Р. Србије на име произвођача или понуђача.

Наручилац неће дефинисати институције чије се потврде прихватају, обзиром да их има више на територији Р. Србије, те наручилац не жели да фаворизује било коју од предметних институција.

Председник комисије за јавну набавку ЈН 9/2020
Биљана Љубеновић

