



## ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 05-3246

Датум: 20.08.2014

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара Лабораторијске опреме, редни број ЈН 8/2014, по партијама за 2014. годину, за потребе Института за јавно здравље Ниш, у отвореном поступку.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 15.08./2014. године, упућеног путем електронске поште, у коме се постављају следећа питања:

Поштовани,

У вези са Јавном набавком број 8/2014- Набавка лабораторијске опреме, молимо Вас за додатна појашњења и одговор на следеће питање:

У оквиру конкурсне документације, на страни 5 је техничка спецификација за Партију број 1- Гасни хроматограф са ECD детектором и ињектором за течне узорке

Питање 1: Да ли је прихватљиво хлађење пећнице од 300° С до 50° С за 4 минута?

Питање 2: Да ли је прихватљив опсег притиска: 0-830 kPa за Сплитлес ињектор?

### Питање 1:

Да ли је прихватљиво хлађење пећнице од 300° С до 50° С за 4 минута?

### Достављамо Вам следећи одговор:

Како је у конкурсној документацији прописано Време потребно за хлађење пећнице max 4мин од 400°C до 50°C или боље, неће бити прихваћена другачија карактеристика апарату јер није дефинисана и позната у дефинисаном опсегу температура до 400 ° C

**Питање 2:**

Да ли је прихватљив опсег притиска: 0-830 kPa за Сплитлесс ињектор?

**Достављамо Вам следећи одговор:**

Како је у конкурсној документацији специфициран **сплит/сплитлесс** ињектор, неће бити прихваћена понуда да опсег притиска за **сплитлесс** ињектор буде 0-830 kPa.

Председник  
Комисије за јавну набавку ЈН 08/2014

