



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 05-3181

Датум: 15.07.2015

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара **Стакленог лабораторијског посуђа и прибора** редни број ЈН 16/2015 за потребе Институт за јавно здравље Ниш за 2015. годину, у отвореном поступку јавне набавке.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 14.07.2015. године, упућеног електронском поштом у коме се постављају следећа питања:

„Postovani, molimo Vas da nam u cilju izrade sto kvalitetnije ponude a u skladu sa zahtevima Vase tenderske dokumentacije za nabavku broj JN 16/2015, odgovorite na sledeca pitanja:

U partiji 1, zahtevana je stavka 12, porcelanska solja za uparavanje 100ml, da li je odgovarajuće ponuditi solju zapremine 110ml?

U partiji 2, zahtevana je stavka 2, kvarcni loncic 50ml, da li je odgovarajuće ponuditi kvarcnu posudu za uparavanje zapremine 60ml?

U partiji 2, zahtevana je stavka 9, staklene perle, da li je jedinica mere kg obzirom da je navedena kolicina 2 kom?

U partiji 8, zahtevana je stavka 2, biretta po Peletu sa plasticnom bocom, da li je odgovarajuće ponuditi biretu po Schilling-u od 10ml, u sklopu koje je plasticna boca od 1l?

U partiji 11, zahtevane su stavke 8-12, erlenmajeri sa slifom. Da li je uz erlenmajere potrebno ponuditi i cepove?

U partiji 15, zahtevana je stavka 5, levak 150 x 150ml, da li je odgovarajuće ponuditi levak 150mm kratka cev, ukoliko nije molimo Vas da pojasnite navedene dimenzije?

Поштовани,

Достављамо следеће одговоре:

1.Шоља није волуметријски суд, суд са дефинисаном запремином. Потребно је да порцеланска шоља може да прихвати запремину од 100мл. Није одговарајуће понудити шољу запремине 110мл.

2.Кварцна посуда није волуметријски суд, суд са дефинисаном запремином. Потребно је да кварцна посуда може да прихвати запремину од 50мл. Није одговарајуће понудити кварцну посуду запремине 60мл.

3. Да, јединица мере за стаклене перле је кг и потребно је понудити 2 ком паковања по килограм
4. Није одговарајуће понудити бирету по Schilling-u
5. Није потребно понудити чепове
6. Одговарајуће је понудити левак 150мм кратка цев.

Срдачан поздрав,

Председник
Комисије за јавну набавку ЈНМВ 16/2015

Дејан Николић

