



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 05-2906

Датум: 26.06.2015.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара Лабораторијског посуђа од стакла редни број ЈН 16/2015 за потребе Институт за јавно здравље Ниш за 2015. годину, у отвореном поступку јавне набавке.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 24.06.2015. године, упућеног електронском поштом у коме се постављају следећа питања:

„Postovani,

Molim odgovore na sledeca pitanja u vezi JN 16/2015:

1. Partija 5, stavke 6 i 8 – PP ili stakleni zapusac?
2. Partija 14, stavke 3, 5, 6, 7, 13, 14 – negde je u opisu transfer pipete, negde trbusaste transfer pipete. Obzirom da je predmet nabavke staklo i obzirom da su transfer pipete uglavnom plasticne, malih zapremina, da li ste zapravo mislili na **staklene trbusaste pipete**? Takodje za istu partiju, stavke 15, 16, 17 da li treba ponuditi samo pipetu ili i bocu koja uz nju ide?
3. Napomene uz specifikaciju – navodite da sve partije koje nisu obeležene sa X treba da budu min B klase i da imaju sertifikat proizvođača. Na koji sertifikat mislite, na ISO sertifikat ili na LOT certifikate? U tom slučaju ne može biti B klasa, već isključivo A klasa. Ako se može ponuditi B klasa, da li se onda može priložiti samo izvod iz kataloga kao dokaz kvaliteta i ISO certifikat proizvođača Obzirom da je bez X oznake samo odmerni posudje uobicajeno je da se za A klasu dostavi primer LOT certifikata.
4. Molim precizan odgovor šta treba dostaviti kao dokaz kvaliteta za stavke obeležene sa X a šta za one koje nisu obeležene sa X (strana 13 dokumentacije, -dodatni uslovi, tacka 6. – da li je dovoljno dostaviti samo izvode iz kataloga? Spominju se karakteristike, kvalitet, kolicine, način sprovođenja, garancije, rok izvršenja....Šta ustvari treba kao dokaz?
5. Ukoliko dostavljamo ponudu za više partija, da li menica za ozbiljnost ponude treba za svaku partiju posebno ili je dovoljna jedna menica za sve partije koje se nude?

Pozdrav”

Поштовани,

Достављамо следеће одговоре:

1. За ставке 6 и 8 из партије 5 потребно је понудити мензуре са шлифом са стакленим запущачем. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и измењена.

2. За Партију 14, ставке 3, 5, 6, 7, 13, 14 мисли се на **стаклене трбушасте пипете**, за ставке 15, 16, 17 из партије 14 треба понудити уз пипету и одговарајућу боцу. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и измењена.

3. Као доказ да су понуђена добра која нису обележена са X минимум Б класе треба приложити Спецификације произвођача о квалитету понуђених добара или било који документ издат од стране произвођача на основу кога се може утврдити да су понуђена добра минимум Б класе. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и измењена.

4. За добра која нису обележена са X потребно је доставити Спецификације произвођача о квалитету понуђених добара или било који документ издат од стране произвођача на основу кога се може утврдити да су понуђена добра минимум Б класе. За добра која су обележена са X није потребно достављати никакве доказе. Термини које сте навели се спомињу на 13. страни документације у делу додатни услови тачка 6. из разлога што се треће поглавље Конкурсне документације зове ИИИ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. а у том поглављу се налази табела где су добра обележена или не са X. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и измењена.

5. Како се свака партија посебно оцењује пожељно је за сваку партију дати меницу јер не смомо захтевати веће обезбеђење за озбиљност понуде од 10% износа понуде, али ће бити прихваћена и понуда са једном меницом за све партије које се нуде са назначеним износом од 10% од укупне вредности свих понуда без ПДВ-а.

Срдачан поздрав,

**Заменик Председника
Комисије за јавну набавку ЈНМВ 11-1/2015**

Биљана Љубеновић, дипл. хем.


