



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-5066

Датум: 20.12.2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ 22/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 16.12.2016. године у 17:25 сати, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 19.12.2016. године у коме се постављају следећа питања:

„Poštovani ,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje vezano za javnu nabavku br. 22/ 2016:

1. U tenderskoj dokumentaciji na strani 8 u delu "Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina I opis dobara..", za partiju 7- UV- VIS spektrofotometar, ste naveli specifikaciju uređaja koju ponuđač mora da zadovolji.

Da li će biti prihvatljiv uređaj sledećih karakteristika:

Optički sistem: jednozracni sistem, sa jednim mestom za kivetu, dimenzija 10x10mm Uređaj uključuje nosač sa 4 pozicije za kivete od 10mm, četiri staklene kivete i 2 kvarcne kivete

Opseg talasne dužine: 190-1

100nm Tačnost talasne

dužine: ± 1 .Onm

Ponovljivost talasne dužine:

± 0.3 nm Band width: 5nm

Brzina skeniranja: 6000

nm/min

Izvor svetlosti: D2 (deuterijimova) i W1 (volfram-jodidna) lampa, sa automatskom izmenom tokom rada, mogu se uključivati i isključivati nezavisno jedna od druge da bi se produžio njihov radni vek. Lampe su dizajnirane tako da se mogu lako zameniti u slučaju kvara od strane korisnika.

Detektor: Silikonska fotodioda

Rasipanje sveslosti: manja od: 0.05%

Fotometrijski opseg: Apsorbanca -3.0- 3.0 Abs, Transmitanca 0.0-

200% Fotometrijski tačnost: ± 0.005 Abs na 1.0 Abs i ± 0.003 Abs na

0.5 Abs Fotometrijska ponovljivost: ± 0.002 Abs na 1.0 Abs

Stabilnost bazne linije: < 0.001 Abs/h Zaravnjenje bazne linije: ± 0.01

Abs Nivo šuma: 0.002Abs (0,0005Abs RMS)

Uređaj će biti isporučen sa softverom za kontrolu uređaja i obradu podataka.

Uređaj ima LCD ekran.

Mogućnost prebacivanja podataka na USB stik, povezivanje na računar, štampač. Neograničeno mesto za snimanje kalibracionih krivi, metoda analize i rezultata, zbog mogućnosti proširenja memorije na USB stik ili konekcije sa računarom. Modovi rada: fotometrijski, spektralni,

kvantifikacijski, kinetički (za merenje aktivnosti enzima), bio method (kvantifikacijski za DNA i proteine), time- scan metod, multi komponentna analiza (do osam komponenti odjednom).

2. U tenderskoj dokumentaciji na strani 9 u delu "Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi", zahtevano je da ponuđač dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđeno dobro, sa prevodom na srpski jezik, sa markiranim zahtevanim karakteristikama ili bilo koji overeni dokument izdat od proizvođača koji nedvosmisleno potvrđuje da dobra zadovoljavaju zahtevane karakteristike.

Da li će biti prihvatljivo ukoliko se kao dokazi zahtevanih karakteristika, koji se ne mogu naći u okviru originalnog kataloga proizvođača, dostave u vidu isečka iz uputstva proizvođača ili bilo koji drugi dokument izdat od strane proizvođača opreme overen od strane ponuđača, ali u vidu kopije dokumenta? Prilikom isporuke uređaja biće dostavljeno originalno uputstvo.

Da li prevodi navedenih dokaza moraju da budu overeni od strane sudskog tumača ili će biti prihvatljivo da budu prevedeni od strane ponuđača?

Da li je potrebno prevodite celi katalog proizvođača ili samo delove koji se odnose na dokazivanje zahtevanih karakteristika?

Поштовани,

Достављамо следеће одговоре:

1. Понуђачи морају понудити добра која поседују минимум захтеваних техничких карактеристика или бољи.

2. У овом делу је Конкурсна документација измењена и продужен је рок за подношење понуда. **Наручилац захтева да понуђач мора да достави оригинални каталог произвођача за понуђено добро, са маркираним (транспарентним фломастером) захтеваним техничким карактеристикама или било који overени документ издат од произвођача који недвосмислено потврђује да добра задовољавају захтеване карактеристике. Каталог или други документ издат од произвођача који недвосмислено потврђује да добра задовољавају захтеване карактеристике могу бити достављени и на енглеском језику али је у том случају Понуђач у обавези да достави основне тражене техничке карактеристике и на српском језику на меморандуму понуђача, потписане и overене од стране понуђача.**

Срдачан поздрав,

Члан комисије за јавну набавку ЈНМВ 22/2016

Биљана Љубеновић

