



## ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39  
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија  
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-4504

Датум: 16.11.2016

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Опреме за рад у лабораторијама, редни број ЈН 17/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 15.11.2016. године у 13:40, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 16.11.2016. године у 08:00 сати у коме се постављају следећа питања:

„Poštovani,

Molimo Vas za sledeće pojašanjeje konkursne dokumentacije na strani 06 konkursne dokumentacije (za partiju broj 09 - ferule)

Molimo vas da definišete kvalitet ferula:

Kvalitet: 85% Vespel / 15% Graphite ili samo grafit 100% ili vespel 100%.

Model: Kratke ili duge

Достављамо следећи одговор:

1. За партију бр 9-феруле за „Agilent“ добро под редним бројем 1 Одговарајуће феруле за „6890N Agilent Tech sa Mass selective detektor 5975C“, одговарајуће је понудити феруле свих наведених нивоа квалитета и модела. Битно је да феруле одговарају наведеном типу апарата.

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈН 17/2016

Биљана Љубеновић

