



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-4564

Датум: 21. 11. 2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара
Опреме за рад у лабораторијама, редни број ЈН 17/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 18.11.2016. године у 14:00, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 18.11.2016. године у 14:00 сати у коме се поставља следеће питање:

„Poštovani,

Molimo Vas za dodatna tehnička pojašnjenja za dole navedene stavke:

Partija 5

Stavka br.3 - Da li ste mislili na komparator sa kolor diskom, ili sa skalom boja koji radi sa o-tolidinom, ili na fotometar za hlor.Specifikacija je nejasna – komparator nije digitalan, fotometar je digitalan.

Molimo da potvrdite prijem email-a.

Srdačan pozdrav”

Достављамо следећи одговор:

1. За партију бр 5- Термометри и хлор компаратор добро под редним бројем 3 дигитални хлор компаратор дошло је до техничке грешке те је потребно понудити дигитални фотометар за одређивање хлора у води и то један комад.

Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈН 17/2016



Биљана Љубеновић