



## ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39  
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија  
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-4745

Датум: 02.12.2016

**ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку** добара Дијагностичког материјала за рад у области микробиологије, редни број ЈН 20/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 02.12.2016. године у 08:53, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 02.12.2016. године у 08:53 сати у коме се поставља следеће питање:

Poštovani,

Na osnovu člana 63. stav 2. zakona o javnim nabavkama

Ponuđač: "\*\*\*\*\*", \*\*\*\*\* , zahteva od Naručioca :  
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

Dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije  
za javnu nabavku br. 20/2016  
Partija 10

Molimo vas da nam pojasnite karakteristike sistema za validaciju u okviru partije 10 za stavku 4 – Test sistem- za validaciju ciklusa parne sterilizacije (ampula sa sporama i medijumom) a 1 test sistem, odnosno:

Da li su u pitanju ampule sa različitim koncentracijama spora G.Stearothermophilus-a ( od ^3 do ^7) i to kao jedan test ili su u pitanju test tračice iste serije, a različitih koncentracija spora G.Stearothermophilus-a, tj. 5 tračica (^3, ^4, ^5, ^6 i ^7), koje su definisane kao jedan test validacije?

Unapred se zahvaljujemo.

S poštovanjem,

**Достављамо следећи одговор:**

Ради се о тест трачицама или ампула са спорама и медијумом исте серије, а различитих концентрација спора G.Stearothermophilus-a, тј. 5 трачица или ампула са спорама и медијумом (^3, ^4, ^5, ^6 i ^7), које су дефинисане као један тест валидације циклуса парне стерилизације.

Срдачан поздрав,

**Члан комисије за јавну набавку ЈН 20/2016**

**Проф. др Бранислава Коцић**

