



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2266

Датум: 09. 06. 2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Потрошног материјала за лабораторијску и прецизну опрему, редни број ЈН 7/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 07.06.2016. године, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 07.06.2016. године у 11:41 сати у коме се постављају следећа питања:

„Поштовани,

Молимо комисију да нам појасни следеће:

За партију број 5-

Да ли је тражени уређај радијални или аксијални,

Да ли је директни или капиларни, уколико је капиларни колика треба да буде дужина капиларе,

Колико треба да буде пречник уређаја и који мерни опсег је потребан?

Молимо потврду пријема меила,

С поштовањем“

Достављамо следеће одговоре:

Поштовани,


1. За партију 5. у отвореном поступку јавне набавке добара **Потрошног материјала за лабораторијску и прецизну опрему**, редни број ЈН 7/2016 потребно је понудити одговарајуће Контактне термометре стаклене за инкубатор произвођача „Сутјеска“ који ради у воденој средини (фотографија термометра у прилогу)

2. Тражени термометри су директни.

3. Мерни опсези су као што је наведено у Конкурсној документацији 0-50°C и 0-100°C, а пречник контактних термометра по стандарду за овај тип уређаја.

Срдачан поздрав,

Члан комисије за јавну набавку ЈН 7/2016



Горан Стевановић

Прилог:

